

LBME NRW – Direktion • Postfach 300833 • 50778 Köln

GIP GmbH, Waagen- und Maschinenbau KG
Essener Str. 27
57234 Wilnsdorf



LBME

Landesbetrieb Mess-
und Eichwesen
Nordrhein-Westfalen



Direktion

15.02.2016

Seite 1/9

Aktenzeichen

bei Antwort bitte angeben

61.13-224

Dipl.-Ing. Andreas Schäfer

Geschäftsbereich T3

Telefon 0221-59778-112

Telefax 0221-59778-144

andreas.schaefer@lbme.nrw.de

Erteilung einer Instandsetzerbefugnis nach § 54 Mess- und Eichverordnung

Ihr Antrag vom 01.02.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund des Antrages auf Erweiterung/Änderung der bestehenden Instandsetzerbefugnis nach § 54 Mess- und Eichverordnung erteilt der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen Nordrhein-Westfalen der Firma

GIP GmbH, Waagen- und Maschinenbau KG
Essener Str. 27
57234 Wilnsdorf

(im Folgenden Instandsetzer genannt) die Befugnis, an nachfolgend aufgeführten Messgerätearten/Messgeräten nach der Instandsetzung das der Firma zugeteilte Instandsetzerkennzeichen aufbringen zu dürfen:

Nichtselbsttätige Waagen der Genauigkeitsklasse III und IIII bis zu einer Höchstlast von 290 t

Diese Befugnis ersetzt die Befugnis vom 18.11.2013.

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Hugo-Eckener-Str. 14
50829 Köln
Telefon 0221 59778-0
Telefax 0221 59778-144
poststelle@lbme.nrw.de
www.lbme.nrw.de

Öffentliche Verkehrsmittel:
Straßenbahn Linie 5 von
Köln Hauptbahnhof bis
Alter Flughafen Butzweilerhof.
Bus Linie 127 bis
Alter Flughafen Butzweilerhof.


Inhalt und Auflagen der Befugnis:

1. Im Rahmen der Befugnis hat der Instandsetzer geeichte Messgeräte unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 1 Mess- und Eichverordnung¹ (MessEV) i. V. m. § 37 Abs. 5 Nummern 1, 2 und 4 Mess- und Eichgesetz² (MessEG), zum Zwecke des Fortbestehens der Eichfrist mit dem Instandsetzerkennzeichen zu versehen und entfernte Sicherungszeichen durch das eigene Sicherungszeichen zu ersetzen.
2. Dem Instandsetzer wird nach § 54 Abs. 3 Satz 2 MessEV i.V.m. Anlage 8 Nummer 3.1 und Nummer 4 zur MessEV das Instandsetzerkennzeichen mit der Kennung **NW** und der Nr. **224** zugeteilt:

Kennung:

zugeteilte Nummer:

Freifeld Datum und Namenskürzel:



3. Das zu verwendende Sicherungszeichen des Instandsetzers nach Anlage 8 Nummer 3.2 zur MessEV besteht aus einer dreieckigen Klebmarke, die den beiden oberen Feldern des Instandsetzerkennzeichens entsprechen. Das Sicherungszeichen darf auch als Plombe ausgeführt werden. Dem Instandsetzer wird folgendes Sicherungszeichen zugeteilt:

Kennung:

zugeteilte Nummer:



Die Farbgebung der unter Ziffern 2 und 3 genannten Zeichen muss hinsichtlich der Farbzusammensetzungen der RAL CLASSIC Farbsammlung entsprechen, wobei die Farbe „verkehrsrot“ RAL 3020 für